

## Pastilles d'analyse DPD n°1 - Photomètre Piscine

Pastilles permettant de contrôler le **taux de chlore libre** présent dans l'eau de votre spa / piscine, c'est à dire le chlore actif permettant la désinfection de l'eau. Généralement ces pastilles sont additionnées aux DPD n°3 noires pour le test du chlore combiné (résidus).

Le taux de chlore libre doit se situer entre **0.4 mg/ litre et 1.4 mg/ litre**.  
+ Le taux de chlore combiné ne doit pas excéder les **0.6 mg / litre**.  
= Le taux de chlore total doit se situer entre **1 mg/ litre et 2 mg/ litre** (Idéalement 1.5 mg / litre).

**Comprend** : 250 pastilles - **Celles-ci sont compatibles avec tous les appareils d'analyses photomètres utilisant un système de pastilles.**

